

1. DADOS DO PRODUTO

Nome do produto: KIT RETIRADA DE PONTOS

NCM: 9018.90.99

Códigos Produto:

CÓDIGO REFERENCIA	REGISTRO ANVISA	CÓDIGO SIMPRO	CÓDIGO SIAFISICO
10.4066	10237610222	0306180	N/A

2. IMAGEM



3. DESCRIÇÃO

Kit retirada de pontos descartável para realização de remoção de pontos cirúrgicos.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Kit composto por:

- 1 pinça anatômica, fabricada em resina de engenharia, com 146 mm de comprimento.
- 1 lâmina de bisturi no. 12 com cabo.
- 5 compressas de gaze de 11 fios, com dimensões de 7,5 cm x 7,5 cm dobrada;

5. ESTERILIZAÇÃO, EMBALAGEM E APRESENTAÇÃO COMERCIAL

PRODUTO	ESTERILIZAÇÃO	TIPO DE EMBALAGEM	APRESENTAÇÃO COMERCIAL	MÚLTIPLO DE EXPEDIÇÃO	QUANTIDADE POR CAIXA
10.4066	Estéril em ETO	Bandeja rígida de papel grau cirúrgico e filme plástico	Peça	15	75

6. INSTRUÇÕES DE USO

De acordo com a técnica de domínio do profissional de saúde para retirada de pontos.

7. VALIDADE PRODUTO E ESTERILIZAÇÃO

Dois (2) anos ou até abertura da embalagem e/ou violação da mesma.

8. ARMAZENAMENTO

Armazenar em local fechado, temperatura ambiente, livre de umidade, elevado do solo

9. ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

- Verifique a integridade da embalagem antes de usar. Não utilizar se a embalagem estiver violada, danificada ou molhada.
- Inspeção previamente cada componente antes do uso. Se danificados, não utilize.
- Embalagem permite técnica asséptica de abertura.
- Manusear itens praticando a técnica asséptica afim de evitar contaminação dos componentes.
- Produto de uso único, descartável, destruir após o uso. O descarte deve seguir as normas de biossegurança para lixo hospitalar contaminado e perfurocortante.
- Não há contraindicações conhecidas.

10. CERTIFICAÇÕES

Empresa com controle e garantia total de qualidade de acordo com as normativas nacionais da RDC 16/2013 e internacionais da ISO13485.

11. FABRICANTE

Kolplast CI SA

Estrada Municipal Benedito de Souza, 418. Bairro da Mina, Itupeva – SP.

CNPJ: 59.231.530/0001-93

Indústria Brasileira